



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Φανή Λάζου
Τηλέφωνο: 213-2033936
E-mail: fanilazou@gna-gennimatas.gr

Αθήνα, 5/11/2025
Αρ. Πρωτ.:34718

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3)
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του άρθρου 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0, Εθνική σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει,
2. του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/4-12-2021) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια, όπως αυτός ισχύει,
3. του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Στο άρθρο 50 του νόμου αναφέρεται ότι «...Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή μικρότερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ...»,

4. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
5. του ν.5218/2025(Α'125) «Τροποποιητικές διατάξεις του ν.4412/2026 και άλλες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων»,
6. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
7. του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
8. του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις".

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:

1. Την με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «*Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης*»,
2. Το υπ'αριθμ 14872/06-05-2025 έγγραφο του μικροβιολογικού εργαστηρίου .
3. Το υπ'αριθμ 18919/11-06-2025 έγγραφο του τμήματος της Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου, με το οποίο συμφωνεί με την αναγκαιότητα της προμήθειας :
 - Ενός (1) μικροσκοπίου με αντικρυστή συμπαρατήρηση και κάμερα, προς κάλυψη αναγκών του μικροβιολογικού τμήματος.
 - Ενός (1) μικροσκοπίου με συμπαρατηρητή σε πλάγιες θέσεις, προς κάλυψη αναγκών του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
 - Ενός (1) μικροσκοπίου με αντικρυστή συμπαρατήρηση προς κάλυψη αναγκών του παθολογοανατομικού εργαστηρίου.
4. Την υπ'αριθμ 22771/14-07-2025 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 94ΥΣ4690ΩΝ-ΑΘ5, με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
5. Την υπ'αριθμ 26/09-10-2025(θέμα 8^ο) απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου, αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 60084690ΩΝ-121,με την οποία εγκρίθηκαν :
 - 1) Το υπ'αριθμ. 28419/11-09-2025 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) μικροσκοπίων με συμπαρατήρηση, προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, πιθανού συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που κατατέθηκε από την αρμόδια επιτροπή.
 - 2) Η διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δια συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την προμήθεια α) ενός (1) Μικροσκοπίου με αντικρυστή συμπαρατήρηση και κάμερα, πιθανού

προϋπολογισμού 10.300,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 12.772,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) ενός (1) Μικροσκοπίου με συμπαρατήρηση σε πλάγιες θέσεις, πιθανού προϋπολογισμού 9.600,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 11.904,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και γ) ενός (1) Μικροσκοπίου με αντικρυστή συμπαρατήρηση, πιθανού προϋπολογισμού 10.100,0€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 12.524,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή), με δημοσίευση αυτής στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

- 3) Η κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης προμήθειας από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 47127Α) .
- 4) Εξουσιοδοτεί την Διοικήτρια του Νοσοκομείου να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
6. την απαιτούμενη δέσμευση ποσού 37.200,00€ για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (Κ.Α.Ε 47131Α) και αριθμό απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 1264/2025-30/10/2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΜ4690ΩΝ-ΣΧ7),

Γ. Και τις ανάγκες του Νοσοκομείου,

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την προμήθεια τριών (3) μικροσκοπίων με συμπαρατήρηση, προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, με CPV:38510000-3 και πιθανό προϋπολογισμό 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταχώρηση της Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα :

	ΤΜΗΜΑ Α				
A/α	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
1	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	1	10.300,00€	12.772,00€

	ΤΜΗΜΑ Β				
A/α	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
1	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	1	9.600,00€	11.904,00€

	ΤΜΗΜΑ Γ				
A/α	ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
1	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	1	10.100,00€	12.524,00€

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών	11/11/2025 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (ΩΡΑ 08:00 π.μ)	21/11/2025 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΩΡΑ 14:00 μ.μ)	ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ 24/11/2025 (ΩΡΑ 11:00 π.μ)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την 21/11/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gna-gennimatas.gr) , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια .

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων.

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28419
ΗΜ/ΝΙΑ: 11/09/2025



ΠΡΩΤ.

[Handwritten signature]

1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28419
Αθήνα 11/9/25

Αθήνα 10/09/2025

Προς: Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών»

Με την υπ' αριθμ. 22771/14-07-2025 απόφαση διοικήτριας, οριστήκαμε μέλη της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τριών μικροσκοπίων με συμπαράτηρηση, τις οποίες και σας υποβάλλουμε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Μικροσκόπιο με αντικρυστή συμπαράτηρηση και κάμερα, τεμάχιο ένα (1), για το μικροβιολογικό τμήμα, προϋπολογισμού 10.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Να διαθέτει κορμό ορθού μικροσκοπίου εργονομικού σχεδιασμού με δυνατότητα πλήρους λειτουργίας και από την οπίσθια πλευρά (περιστροφή κεφαλής κατά 180°, με ταυτόχρονη θέαση του πλακιδίου και χειρισμό της τράπεζας). Να έχει την δυνατότητα να δεχτεί φακούς με επιθυμητό εύρος μεγαλύτερο του FN26.
2. Να διαθέτει αμφίπλευρους, ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρή και λεπτής ρύθμισης (Coarse & Fine), με ακρίβεια εστίασης τουλάχιστον 2.5μm/διαβάθμιση (περιστροφή Coarse 15mm, περιστροφή Fine 300μm), με ρυθμιζόμενη αντιστοιχτική διάταξη, με τερματικό ανοδικού ορίου εστίασης και κλειδώματος της τράπεζας, με υποδοχή φίλτρων οπτικής.
3. Να διαθέτει ενσωματωμένη εσωτερική πηγή φωτισμού LED, ισχύος άνω των 2 Watt και τουλάχιστον 60.000 ώρες διάρκεια ζωής, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με ροοστάτη εντάσεως.

4. Να διαθέτει εργονομική μηχανική τράπεζα σε χαμηλή θέση για πιο ξεκούραστη και άνετη χρήση, ορθογώνια (x-y), διαστάσεων 210x150mm ή παρόμοιες, με μεγάλο εύρος κίνησης με κεραμική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με εργονομική ολίσθηση κατά τον ένα άξονα με το χέρι, με ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες του 1mm.
5. Να διαθέτει υποδοχέα δειγμάτων μίας θέσης, με ελατήριο επαναφοράς και συγκρατητήρα στο αριστερό μέρος, που να επιτρέπει την τοποθέτηση του δείγματος με το ένα χέρι.
6. Να διαθέτει συμπτυκνωτή φωτεινής δέσμης γενικών εφαρμογών, με αριθμητικό άνοιγμα τουλάχιστον NA1.25, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και με 7 αναγραφόμενες θέσεις ώστε να καλύπτει όλες τις τεχνικές (φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθεση φάσης, φθορισμού, πόλωσης) καθώς και να υποστηρίζει αντικειμενικό φακό μικρής μεγέθυνσης 2x.
7. Να διαθέτει υποδοχέα αντικειμενικών φακών σε χαμηλή θέση για γρήγορη αλλαγή μεγεθύνσεων με μικρή κίνηση του χεριού, περιστρεφόμενο, πέντε (5) θέσεων, με κλίση προς τα μέσα.
8. Να διαθέτει διοφθάλμια κεφαλή με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20mm και κλίσης 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση εύρους τουλάχιστον 48-75mm και ρυθμιζόμενη διόπτρα ± 5 στον ένα σωλήνα.
9. Να διαθέτει δύο προσοφθάλμιους φακούς 10x, FN20, ο ένας με ρυθμιζόμενη εστίαση.
10. Να διαθέτει τρεις (3) αντικειμενικούς φακούς επίπεδους, αχρωματικούς με αντιμυκητιακή προστασία, με 10x (WD 10.6mm/NA 0.25), 40x (WD 0.6mm/NA 0.65) και 60x (WD 0.2mm/NA 0.8).
11. Να διαθέτει σύστημα συμπαράτηρησης, δύο (2) παρατηρητών σε αντικριστές θέσεις, με φωτεινό δείκτη σχήματος τόξου (τύπου LED), με επιλογή χρώματος πράσινο/κόκκινο, με μετασχηματιστή τροφοδοσίας, κατάλληλο για ταυτόχρονη παρατήρηση δειγμάτων ίσης μεγέθυνσης, ίδιου φωτισμού και ίδιας κατεύθυνσης, (μόνο για την δεξιά μεριά του μικροσκοπίου).
12. Το σύστημα συμπαράτηρησης να περιλαμβάνει διοφθάλμια κεφαλή με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20mm και κλίσης 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση εύρους τουλάχιστον 48-75mm και ρυθμιζόμενη διόπτρα ± 5 στον ένα σωλήνα.
13. Να διαθέτει φωτογραφική έξοδο για προσαρμογέα κάμερας c-mount 0.5x και ψηφιακή ασύρματη έγχρωμη κάμερα του ιδίου κατασκευαστή μικροσκοπίας, αυτόνομη και ελεγχόμενη μέσω οθόνης, smartphone, tablet και PC, με ανάλυση τουλάχιστον 5 MP, με αισθητήρα CMOS 1/1.8", με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 2592x1944 Pixels και βάθος χρώματος 8 bit RGB (sRGB), με χρόνους έκθεσης από 1msec έως 918msec, με προβολή σε πραγματικό χρόνο έως 60 fps σε Full HD (1920x1080).
14. Να διαθέτει κάλυμμα καθώς και θήκη αποθήκευσης στο πίσω μέρος για το καλώδιο, για εύκολη και ασφαλή φύλαξη.
15. Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης με προσθήκη συστήματος αντίθεσης φάσης, πόλωσης και φθορισμού.
16. Να μπορεί να δεχτεί φακούς με μεγαλύτερο εύρος πεδίου από FN26.

ΤΜΗΜΑ 2

Μικροσκόπιο με συμπαρατήρηση σε πλάγιες θέσεις, τεμάχιο ένα (1), για το μικροβιολογικό εργαστήριο, προϋπολογισμού 9.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. διαθέτει κορμό ορθού μικροσκοπίου εργονομικού σχεδιασμού με δυνατότητα πλήρους λειτουργίας και από την οπίσθια πλευρά (περιστροφή κεφαλής κατά 180°, με ταυτόχρονη θέαση του πλακιδίου και χειρισμό της τράπεζας). Να έχει την δυνατότητα να δεχτεί φακούς με επιθυμητό εύρος μεγαλύτερο του FN26.
2. διαθέτει αμφύλευρους, ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (Coarse & Fine), με ακρίβεια εστίασης τουλάχιστον 2.5μm/διαβάθμιση (περιστροφή Coarse 15mm, περιστροφή Fine 300μm), με ρυθμιζόμενη αντιολισθητική διάταξη, με τερματικό ανοδικού ορίου εστίασης και κλειδώματος της τράπεζας, με υποδοχή φίλτρων οπτικής.
3. διαθέτει ενσωματωμένη εσωτερική πηγή φωτισμού LED, ισχύος άνω των 2 Watt και τουλάχιστον 60.000 ώρες διάρκεια ζωής, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με ροοστάτη εντάσεως.
4. διαθέτει εργονομική μηχανική τράπεζα σε χαμηλή θέση για πιο ξεκούραστη και άνετη χρήση, ορθογώνια (x-y), διαστάσεων 210x150mm ή παρόμοιο, με μεγάλο εύρος κίνησης, με κεραμική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με εργονομική ολίσθηση κατά τον ένα άξονα με το χέρι, με ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες του 1mm.
5. διαθέτει υποδοχέα δειγμάτων μίας θέσης, με ελατήριο επαναφοράς και συγκρατητήρα στο αριστερό μέρος, που να επιτρέπει την τοποθέτηση του δείγματος με το ένα χέρι.
6. διαθέτει συμπτυκτική φωτεινή δέσμη γενικών εφαρμογών, τύπου, με αριθμητικό άνοιγμα τουλάχιστον NA1.25, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και με 7 αναγραφόμενες θέσεις ώστε να καλύπτει όλες τις τεχνικές (φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθεση φάσης, φθορισμού, πόλωσης) καθώς και να υποστηρίζει αντικειμενικό φακό μικρής μεγέθυνσης 2x.
7. διαθέτει υποδοχέα αντικειμενικών φακών σε χαμηλή θέση για γρήγορη αλλαγή μεγεθύνσεων με μικρή κίνηση του χεριού, περιστρεφόμενο, πέντε (5) θέσεων, με κλίση προς τα μέσα.
8. Διαθέτει διοφθάλμια κεφαλή με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20mm και κλίσης 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση εύρους τουλάχιστον 48-75mm και ρυθμιζόμενη διόπτρα ± 5 στον ένα σωλήνα.
9. Διαθέτει δύο προσοφθάλμιους φακούς 10x, FN20, ο ένας με ρυθμιζόμενη εστίαση.
10. Διαθέτει τρεις (3) αντικειμενικούς φακούς επίτεδους, αχρωματικούς με αντιμυκητιακή προστασία, με 10x (WD 10.6mm/NA 0.25), 40x (WD 0.6mm/NA 0.65) και 100x (WD 0.15mm/NA 1.25).
11. Διαθέτει σύστημα συμπαρατήρησης Σύστημα συμπαρατήρησης, δύο (2) παρατηρητών σε πλάγιες θέσεις, με φωτεινό δείκτη σχήματος τόξου (τύπου LED), με επιλογή χρώματος πράσινο/κόκκινο, με μετασχηματιστή τροφοδοσίας, κατάλληλο για ταυτόχρονη παρατήρηση δειγμάτων ίσης μεγέθυνσης, ίδιου φωτισμού και ίδιας κατεύθυνσης, (μόνο για την δεξιά μεριά του μικροσκοπίου).

12. Το σύστημα συμπαράτηρησης να περιλαμβάνει διοφθάλμια κεφαλή με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20mm και κλίσης 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση εύρους τουλάχιστον 48-75mm και ρυθμιζόμενη διόπτρα ± 5 στον ένα σωλήνα.
13. διαθέτει κάλυμμα καθώς και θήκη αποθήκευσης στο πίσω μέρος για το καλώδιο, για εύκολη και ασφαλή φύλαξη.
14. Να μπορεί να δεχτεί φακούς με μεγαλύτερο εύρος πεδίου από FN26.
15. έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης με προσθήκη συστήματος αντίθεσης φάσης, πόλωσης και φθορισμού.

ΤΜΗΜΑ 3

Μικροσκόπιο με αντικρυστή συμπαράτηρηση, τεμάχιο ένα (1), για το παθολογοανατομικό εργαστήριο, προϋπολογισμού 10.100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Να διαθέτει κορμό ορθού μικροσκοπίου εργονομικού σχεδιασμού με δυνατότητα πλήρους λειτουργίας και από την οπίσθια πλευρά (περιστροφή κεφαλής κατά 180°, με ταυτόχρονη θέαση του πλακιδίου και χειρισμό της τράπεζας). Να έχει την δυνατότητα να δεχτεί φακούς με εύρος μεγαλύτερο του FN26.
2. Να διαθέτει αμφίπλευρους, ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (Coarse & Fine), με ακρίβεια εστίασης τουλάχιστον 2.5μm/διαβάθμιση (περιστροφή Coarse 15mm, περιστροφή Fine 300μm), με ρυθμιζόμενη αντιολισθητική διάταξη, με τερματικό ανοδικού ορίου εστίασης και κλειδώματος της τράπεζας, με υποδοχή φίλτρων οπτικής.
3. Να διαθέτει ενσωματωμένη εσωτερική πηγή φωτισμού LED, ισχύος άνω των 2 Watt και τουλάχιστον 60.000 ώρες διάρκεια ζωής, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με ροοστάτη εντάσεως.
4. Να διαθέτει εργονομική μηχανική τράπεζα σε χαμηλή θέση για πιο ξεκούραστη και άνετη χρήση, ορθογώνια (x-y), διαστάσεων τουλάχιστον 210x150mm, με εύρος κίνησης τουλάχιστον 76x52mm, με κεραμική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με εργονομική ολίσθηση κατά τον ένα άξονα με το χέρι, με ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες του 1mm.
5. Να διαθέτει υποδοχέα δειγμάτων μίας θέσης, με ελατήριο επαναφοράς και συγκρατητήρα στο αριστερό μέρος, που να επιτρέπει την τοποθέτηση του δείγματος με το ένα χέρι.
6. Να διαθέτει συμπτυκνωτή φωτεινής δέσμης γενικών εφαρμογών, τύπου Abbe, με αριθμητικό άνοιγμα τουλάχιστον NA1.25, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και με 7 αναγραφόμενες θέσεις ώστε να καλύπτει όλες τις τεχνικές (φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθεση φάσης, φθορισμού, πόλωσης) καθώς και να υποστηρίζει αντικειμενικό φακό μικρής μεγέθυνσης 2x.
7. Να διαθέτει υποδοχέα αντικειμενικών φακών σε χαμηλή θέση για γρήγορη αλλαγή μεγεθύνσεων με μικρή κίνηση του χεριού, περιστρεφόμενο, πέντε (5) θέσεων, με κλίση προς τα μέσα.
8. Να διαθέτει διοφθάλμια κεφαλή με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22mm και ρυθμιζόμενης κλίσης τουλάχιστον από 5° έως και 35°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση εύρους τουλάχιστον 48-75mm και ρυθμιζόμενη διόπτρα ± 5 στον ένα σωλήνα.

9. Να διαθέτει δύο προσοφθάλμιους φακούς 10x, FN22, ο ένας με ρυθμιζόμενη εστίαση.
10. Να διαθέτει πέντε (5) αντικειμενικούς φακούς επίπεδους, αχρωματικούς με αντιμυκητιακή προστασία, με FN22, μεγέθυνσης 2x (WD5.8mm, NA0.06), 4x (WD18.5mm, NA0.10), 10x (WD 10.6mm/NA 0.25), 20x (WD 1.2mm/NA 0.40) και 40x (WD 0.6mm/NA 0.65).
11. Να διαθέτει σύστημα συμπαράτηρησης δύο παρατηρητών σε αντικριστές θέσεις, με φωτεινό δείκτη σχήματος τόξου (τύπου LED), με επιλογή χρώματος πράσινο/κόκκινο, με μετασχηματιστή τροφοδοσίας, κατάλληλο για ταυτόχρονη παρατήρηση δειγμάτων ίσης μεγέθυνσης, ίδιου φωτισμού και ίδιας κατεύθυνσης.
12. Το σύστημα συμπαράτηρησης να περιλαμβάνει διοφθάλμια κεφαλή εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22mm και ρυθμιζόμενης κλίσης τουλάχιστον από 5° έως και 35°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση εύρους τουλάχιστον 48-75mm και ρυθμιζόμενη διόπτρα ± 5 στον ένα σωλήνα.
13. Να διαθέτει κάλυμμα καθώς και θήκη αποθήκευσης στο πίσω μέρος για το καλώδιο, για εύκολη και ασφαλή φύλαξη.
14. Να μπορεί να δεχτεί φακούς με εύρος μεγαλύτερο του FN26.
15. Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης με προσθήκη συστήματος αντίθεσης φάσης, πόλωσης και φθορισμού.

Εκπαίδευση – εγγύηση – πιστοποίηση.

Στη προσφορά θα αναγραφούν οπωσδήποτε και τα παρακάτω.


1. Εκπαίδευση προσωπικού (γιατρών, χειριστών, προσωπικού τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας). Η εκπαίδευση θα επαναληφθεί έπειτα από αίτημα του Νοσοκομείου μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.
2. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη από την Παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
3. Κατά τη διάρκεια εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου συγκροτήματος, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. εκτός των αναλωσίμων.
4. Κατά την διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση του Νοσοκομείου για πρόβλημα λειτουργίας του εξοπλισμού με φυσική παρουσία τεχνικού, εντός πέντε (5) ωρών (όταν η κλήση γίνει από 08:00 έως 16:00) και να αποκαταστήσει την βλάβη. Σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικού η αποκατάσταση της βλάβης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
5. Διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για επτά τουλάχιστον έτη.
6. Ο προμηθευτής να προσφέρει οπωσδήποτε και πρόγραμμα πλήρους συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά) για μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

7. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Για να γίνει η παραλαβή του μηχανήματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει δυο σειρές οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά και οδηγιών συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (μία για το τμήμα χρήσης και μία για το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας).
9. Το προσφερόμενο συγκρότημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Υ.Α. ΔΥ86/Γ.Π.οικ.130648/2009 (ΦΕΚ 2198/Β' /2.10.2009) (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ86/Γ.Π.οικ./1348/04. (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)
11. Ο οίκος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 13485:2016 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).
12. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης απαιτείται η αναδρομή σε τεχνικά φυλλάδια, operation ή service manual του κατασκευαστικού οίκου με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



1. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



2. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια τριών (3) Μικροσκοπίων με συμπαρατήρηση, προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, με CPV:38510000-3 και πιθανό προϋπολογισμό 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών.

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές υποβάλλονται για την κάλυψη προμήθειας τριών (3) Μικροσκοπίων με συμπαρατήρηση, προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, με CPV:38510000-3 και πιθανό προϋπολογισμό 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
- γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε τρεις (3) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος υποφάκελος την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) ,απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) , τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

- ✓ δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

✓ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτήσει εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

✓ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

✓ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.

✓ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

✓ θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.

✓ το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και

✓ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία του προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α, το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται το είδος καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.5 TIMEΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.6 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μέσω (ΚΑΕ 47131Α).

2.7 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .

2.8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλάσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της απ. περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1, του άρθρου , 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

1. Φυσικά πρόσωπα
2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.

1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.

- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. Ν.4412/2016, όπως ισχύει,.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21)

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των συστημάτων το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

6 . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών πριν τη σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν.5218/2025 ειδικώς δε, στις περιπτώσεις που δε καλύπτονται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν μετά τις ως άνω τροποποιήσεις.

Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται και εξετάζονται σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο (Αριθμ.Πρωτ.7195/1-08-2025 της ΕΑΔΗΣΥ), όπως ίσχυε ανάλογα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα .

Κάθε διαφορά που απορρέει από τις συμβάσεις της παρούσας διακήρυξης επιλύεται μέσω της άσκησης προδικαστικής προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4412/20216, όπως ισχύουν μετά τον ν.5218/2025.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ANNA MAÏNA

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Προμηθειών